

## Автоклавы паровые STE




Инструкция по эксплуатации  
Для моделей: STE-8  
STE-18  
STE-23

Благодарим вас за выбор наших паровых стерилизаторов.  
Перед началом эксплуатации данного оборудования тщательно изучите руководство по эксплуатации и соблюдайте инструкции по установке.

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:**

Если Вы не можете открыть дверь, пожалуйста, следуйте инструкции “Как открыть дверь в случае отключения электричества”.



**Требуется обслуживание!**

Если во время включения на экране появится данное изображение или ошибка E88 появляется в отчете, обратитесь к своему дилеру или в местную службу технической поддержки.  
Сервисное обслуживание вашего парового стерилизатора необходимо проводить ежегодно или каждые 1000 циклов.

**Инструкция по эксплуатации  
STE-8, STE-18, STE-23**

Ningbo Ican Machines Co., Ltd.  
No. 77 Yunlin East Road, Gulin Town, Ningbo, China.  
[www.icanclave.com](http://www.icanclave.com)

Версия 05D20000 V2.8

Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

# Оглавление

<b>1. Общая информация</b>	
1.1 Область применения инструкции .....	4
1.2 Назначение использования .....	4
1.3 Общие правила техники безопасности .....	4
1.4 Стандарты и требования .....	4
1.5 Символы .....	4
<b>2. Описание автоклава</b>	
2.1 Внешний вид .....	5
2.2 Панель управления .....	5
2.3 Технические характеристики и условия эксплуатации .....	6
2.4 Комплектация .....	6
<b>3. Установка на месте</b>	
3.1 Основные настройки .....	7
3.2 Подключение электропитания .....	7
3.3 Требования к расположению .....	7
<b>4. Подготовка к работе</b>	
4.1 Общие положения .....	7
4.2 Доступные языки .....	8
4.3 Заполнение бака дистиллированной водой .....	8
4.4 Подготовка материалов для стерилизации .....	8
<b>5. Эксплуатация</b>	
5.1 Выбор программы .....	8
5.2 Управление программой стерилизации .....	9
5.3 Запуск программы стерилизации .....	9
5.4 Конец цикла .....	9
5.5 Остановка программы .....	9
5.6 Программы для тестирования .....	9
5.7 Запись параметров цикла стерилизации .....	10
5.8 Принтер .....	10
5.9 Отчет .....	10
<b>6. Дополнительные настройки</b>	
6.1 Параметры .....	11
6.2 Единицы измерения .....	11
6.3 Предварительный нагрев .....	11
<b>7. Техническое обслуживание</b>	
7.1 Очищение емкости для воды .....	12
7.2 Замена воздушного фильтра .....	12
7.3 Очистка камеры, лотков .....	12
7.4 Регулировка двери .....	13
7.5 Замена уплотнителя двери .....	13
7.6 Сливной клапан .....	13
7.7 Как открыть дверь в случае отключения электроэнергии .....	13
<b>8. Коды ошибок, дополнительная информация</b> .....	14
<b>9. Условия транспортировки и хранения</b> .....	15
<b>10. Защитные устройства</b> .....	15
<b>11. Гарантия, срок службы</b> .....	15
<b>Приложение 1 – Свойства воды / Характеристики</b> .....	16
<b>Приложение 2 – Диаграммы программ стерилизации</b> .....	17

# 1. Общая информация

## 1.1 Область применения инструкции

Это руководство содержит информацию относительно установки, управления и обслуживания паровых стерилизаторов. Чтобы гарантировать надлежащее использование автоклава, необходимо строго выполнять инструкции и рекомендации данные в этом руководстве.  
Храните руководство в быстродоступном месте для дальнейшего использования.

## 1.2 Назначение использования

Стерилизатор, о котором идет речь в данном руководстве, предназначен для стерилизации медицинских инструментов и принадлежностей следующих типов: цельные, пористые, полые-тип А и пустотелые-тип В, неупакованные, упакованные и упакованные в двойную упаковку, совместимые с паровой стерилизацией. Широко используются в медицинских и ветеринарных клиниках, стоматологических кабинетах, отделениях скорой помощи, лабораториях и т.п.

## 1.3 Общие правила техники безопасности

- Внимательно прочитайте это руководство перед установкой и настройкой.
- Удостоверьтесь, что все требования по расположению полностью выполнены.
- Убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению стерилизатора.
- Подключайте прибор только к заземленной должным образом электро-розетке.
- Не закрывайте и не блокируйте любые отверстия на этом приборе.
- Используйте этот прибор только по назначению, как описано в этом руководстве.
- Не превышайте максимальный вес материалов для стерилизации, указанный в руководстве.
- Не включайте прибор, если он не работает должным образом или был поврежден.
- Запрещено помещать в стерилизатор легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества.
- Запрещено использовать стерилизатор в окружении любых взрывоопасных веществ.
- Установка и ремонтные работы должны выполняться только уполномоченным сервисным специалистом. Привлечение неподготовленных людей для ремонта может быть опасным и повлечь лишение гарантии.

## 1.4 Стандарты и соответствие директивам

Паровые стерилизаторы разработаны и производятся в соответствии со следующими директивами и стандартами:

Директивы:

97/23/СЕ Оборудование с избыточным давлением.

93/42/ЕЕС Медицинские приборы (класс II b).

Стандарты:

EN 13060 Малые паровые стерилизаторы.

EN 61010-1 Правила техники безопасности для лабораторных устройств - Часть 1: Общие инструкции.

EN 61010-2-040 Правила техники безопасности, определенные для стерилизаторов, используемых в обработке медицинского материала.

EN 61326-1 Электромагнитная совместимость для лабораторных устройств.

## 1.5 Символы

Для безопасной работы, пожалуйста, обратите пристальное внимание на предупреждающие символы, которые Вы встретите в данном руководстве и на автоклаве.



Обязательное защитное заземление.



Серийный номер



Горячая поверхность  
Этот символ представляет предупреждение потенциальной горячей поверхности.





Дата производства




Важная информация о безопасности.  
Данный знак представляет собой предупреждение о необходимости особой осторожности.

## 2. Описание автоклава



- |                          |                                  |                                   |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Дверь                 | 8. ЖК дисплей                    | 15. Предохранительный клапан      |
| 2. Уплотнительное кольцо | 9. Панель управления             | 16. Автоматический предохранитель |
| 3. Замок двери           | 10. Принтер (опция)              | 17. Разъем для кабеля питания     |
| 4. Клавиша открывания    | 11. USB-порт                     | 18. Выход пара                    |
| 5. Камера стерилизации   | 12. Вкл - Выкл питания           | 19. Вентиляция радиатора          |
| 6. Шток блокировки двери | 13. Слив (дистиллированная вода) | 20. Воздушный фильтр              |
| 7. Емкость для воды      | 14. Слив (использованная вода)   | 21. Заводская табличка, шильдик   |

### 2.2 Панель управления






- |                                 |
|---------------------------------|
| 1 Температура стерилизации      |
| 2 Программа                     |
| 3 Время стерилизации            |
| 4 Давление                      |
| 5 Долейте дистиллированную воду |
| 6 Слейте использованную воду    |
| 7 Принтер подсоединен           |
| 8 Дверь открыта                 |
| 9 Время                         |
| 10 Текущая температура          |
| 11 Кнопка управления - вверх    |
| 12 Кнопка управления - вниз     |
| 13 Кнопка ввод                  |
| 14 Вход меню                    |

## 2.3 Технические характеристики и условия эксплуатации

Характеристики	STE-8	STE-18	STE-23
Электропитание	220-240 В; 50/60 Гц; 10 А		
Размеры камеры (мм, диаметр/длина)	170 / 320	247 / 350	247 / 450
Автоматический предохранитель	F16A / 400B		
Мощность ( Вт )	1500	2000	2200
Температура стерилизации (°С)	121 / 134		
Емкость бака для дистиллированной воды (л)	2.5		
Размеры (ШхВхГ,мм)	420/370/525	490/455/600	490/455/690
Вес нетто (кг)	37	47	53
Макс. уровень шума (дБ)	<70		
Условия эксплуатации			
Относительная влажность	Максимально 80%, без конденсации		
Рабочая температура (°С)	5 ~ 40		
Атмосферное давление (кПа)	76 ~ 106		

## 2.4 Комплектация

Комплектующие	Количество
Лоток 	STE-8 2 шт STE-18 3 шт STE-23 3 шт
Сливной шланг 	2
Основание для лотков 	1
Держатель лотков 	1
Ключ для регулировки двери 	1
Автоклав	1
Инструкция по эксплуатации	1
Уплотнительное кольцо	1

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию.

### 3. Установка на месте

#### 3.1 Общие положения

Поместите устройство на поверхность с минимальной несущей способностью 60 кг. Стерилизатор должен быть расположен по уровню. Неправильный уровень воды в камере может вызвать сбой стерилизатора. Оставьте зазор 10 см между задней или боковой частью устройства и стеной. Для открывания двери необходимо свободное пространство 40 см.

Поместите автоклав на такой высоте, чтобы оператор мог проверить камеру стерилизации и выполнить операции по очистке.

Помещение, где установлен автоклав, должно хорошо проветриваться.

Не устанавливайте автоклав около источников воды, где он может быть обрызган.

Не устанавливайте стерилизатор поблизости источников тепла.

Не облакачивайтесь на дверь в открытом состоянии.

Запрещено размещать какие-либо предметы на стерилизаторе.

#### 3.2 Подключение электропитания


Проверьте этикетку на задней панели стерилизатора, чтобы проверить номинальное напряжение для прибора. Присоединение автоклава к электросети с другим напряжением может привести к повреждению прибора и поражению электрическим током персонала.

Соедините кабель электропитания с должным образом заземленной электророзеткой. Рекомендуется подключать стерилизатор на отдельную электроцепь.

Никогда не присоединяйте разъем устройства к преобразователям любого типа.

#### 3.3 Требования к расположению

Чтобы гарантировать надлежащую воздушную циркуляцию и иметь доступ к емкости для воды и соединениям слива воды, располагайте автоклав согласно требований, указанных на картинке ниже.



### 4. Подготовка к работе

Откройте дверь и удалите все внутреннее содержание. Соедините шнур электропитания с розеткой соответствующего напряжения. Включите прибор при помощи автоматического предохранителя, расположенного на задней стенке – нажмите клавишу вниз. После включения, включится ЖК-дисплей и покажет положение двери, уровень воды, рабочую программу, дату, время и т.д.

**Примечание:** управление будет недоступно в течение первых 10 секунд после включения для инициализации системы.



**Внимание:** перед первым использованием стерилизатора или когда символ уровня воды мигает, заполните емкость дистиллированной водой.

#### 4.1 Основные настройки

Меню Basic Set (Основные настройки) позволяет устанавливать следующие параметры: \* Дата \*Время \*Язык

Выберите Basic Set в главном меню и нажмите кнопку **M**. Выберите пункт, нажав кнопку **M**. Строка будет выделена. Измените значение кнопками **↑** **↓**.

Нажмите кнопку **M** для перехода к следующему пункту.

После того, как язык будет установлен, данные могут быть сохранены, для этого нажмите кнопку **M** и удерживаете ее до появления главного меню.

Примечание: Если Вы хотите отменить параметры настройки и вернуться в главное меню, нажмите **←**.

**Примечание:** Параметр (счетчик циклов) не может быть установлен оператором.

ПРОГРАММА
НАСТРОЙКИ
ОТЧЕТ



ДАТА: 12-04-17
ВРЕМЯ: 11:17:59
ЯЗЫК: RUS
СЧЕТЧИК: 5

## 4.2 Доступные языки

CHN	Китайский	ENG	Английский	DEU	Немецкий	LTU	Литовский
ESP	Испанский	PL	Польский	FR	Французский	CZE	Чешский
HUN	Венгерский	ROM	Румынский	NL	Голландский	LAT	Латвийский
ITA	Итальянский	PT	Португальский	RU	Русский	HR	Хорватский


### 4.3 Заполнение бака дистиллированной водой

Удостоверьтесь, что клапан слива воды закрыт.

Нажмите кнопку и откройте крышку водяного бака.

Наливайте дистиллированную воду в бак, пока уровень не достигнет максимального уровня предохранительного клапана.

Уровень воды не должен превышать это отверстие



**Внимание:** Используйте только высококачественную дистиллированную воду. (см. Приложение 1)

### 4.4 Подготовка материалов для стерилизации


Для самой эффективной стерилизации и сохранности материалов следуйте рекомендациям:

- очищайте инструменты сразу после их использования
- используйте для очистки инструментов ультразвуковые ванны
- тщательно промывайте инструмент, остаточные химикаты могут повредить части автоклава, всегда ополаскивайте инструменты дистиллированной водой
- следуйте рекомендациям производителя инструментов по обработке и очистке инструментов до стерилизации
- проверьте инструкции изготовителя относительно надлежащей процедуры стерилизации для каждого вида материалов
- раскладывайте различные материалы по различным лоткам или с промежутком не менее 3 см между ними
- инструменты должны быть чистые и сухие прежде укладки на лоток
- всегда прокладывайте бумагу для стерилизации или ткань между лотком и стерилизуемыми материалами, чтобы избежать прямого контакта между различными материалами
- установите контейнеры (стаканы, чашки, пробирки, и т.д.) под наклоном или вверх дном, чтобы предотвратить застой воды не размещайте лотки плотно один над другим или в прямом контакте со стенками камеры
- всегда используйте держатель для лотков
- упаковывайте материалы один в один пакет, если хотите упаковать больше инструментов в один пакет, следите, чтобы они были изготовлены из одного материала
- не используйте металлические скрепки, булавки и т.п., поскольку это может повредить автоклав
- не перегружайте лотки (см. Приложение 2)

## 5. Эксплуатация

### 5.1 Выбор программы

Нажмите кнопку **M** для входа в основное меню, выберите Program (Программа) нажав **M**. Вы увидите доступные программы стерилизации. См. Приложение 2.




Выберите программу при помощи кнопок **↑** **↓** и подтвердите нажатием на кнопку **M**. Для выхода нажмите кнопку **←**.

## 5.2 Управление программой стерилизации

После выбора программы можно поместить материалы для стерилизации в камеру при помощи держателя лотков.

После загрузки инструмента, Вы можете закрыть дверь.



## 5.3 Запуск программы стерилизации

После того, как кнопка нажата, информация о текущем цикле появится на дисплее.

Стерилизатор начнет цикл автоматически. Потребуется 30-75 минут (см. приложение 2).




## 5.4 Конец цикла

После завершения цикла, принтер будет активирован и распечатает отчет о цикле, если принтер был подключен, Вы можете сохранить отчет в карте памяти (дополнительная опция).



**Внимание:** всегда используйте держатель лотков, чтобы загрузить или вынуть лоток, иначе Вы можете обжечься.



## 5.5 Остановка программы

Возможно прервать начатый цикл преждевременно. Если Вы хотите срочно прервать цикл и открыть дверь, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, таким же образом Вы можете пропустить этап Drying (сушка).



**Внимание:** в зависимости от статуса цикла при открывании двери может пойти горячий пар.



**Внимание:** если Вы прерываете цикл, прежде чем он достигнет этапа сушки Drying, то материалы не будут стерильными.  
Если Вы прерываете цикл после этапа стерилизации, и во время сушки тогда материалы в автоклаве можно считать стерильными.

## 5.6 Программы для тестирования

### Bowie & Dick тест

Выберите Program (Программа) в главном меню, выберите тестовую программу B&D TEST при помощи кнопок и нажмите для подтверждения .

Разместите пакет для теста Bowie-Dick в камере согласно инструкциям изготовителя пакета.

Закройте дверь и нажмите кнопку .

После того, как цикл закончится, проверьте индикатор и оцените результат.

### Helix тест

Выберите Program (Программа) в главном меню, выберите тестовую программу Helix TEST при помощи кнопок и нажмите для подтверждения .

Поместите индикатор в капсулу, разместите капсулу в камере согласно инструкциям изготовителя, затем закройте дверь и нажмите кнопку .

После окончания цикла проверьте индикатор и оцените результат соответственно с инструкциями изготовителя теста.

### Vacuum тест



Выберите Program (Программа) в главном меню, выберите тестовую программу Vacuum Test (тест на герметичность) при помощи кнопок и нажмите для подтверждения .

Закройте дверь и нажмите кнопку .

В соответствии с европейской директивой EN 13060, требуется, чтобы скорость утечки была меньше или равна 0.13 кПа/мин. в течение 10 минут.

Если скорость утечки не более 0.13 кПа/мин, то тест пройден успешно Success.

Если разница между максимальной и минимальной температурой будет выше 3°C, то тест закончится со значением Void. Это означает, что тест прошел неудачно. Вы должны запустить вакуумный тест снова после того, как камера остынет.



**Внимание:** VACCUM тест должен быть выполнен при сухой, холодной камере стерилизатора.

## 5.7. Запись параметров цикла стерилизации

### USB (карта памяти опция)

Карта памяти может использоваться в качестве носителя для хранения информации о параметрах цикла. Чтобы сделать запись, вставьте карту памяти в разъем на правой стороне автоклава перед началом цикла. Информация автоматически запишется на карту памяти после окончания цикла. Название файла определено серийным номером автоклава и порядковым номером цикла.

Например:

Серийный номер - E00001. Номер цикла - 00012. Имя файла - 01001200.txt.

Первые два числа представляют серийный номер.

Средние четыре числа представляют номер цикла.

Последние два числа представляют код ошибки.

Например, ошибка 00:no; 01: ошибка E01

### 5.8 Принтер (опция)

Если принтер установлен, Вы видите, что символ в экране не мигает (см. Установка), в конце каждого цикла принтер автоматически напечатает отчет цикла, который только что закончился. См. Приложение 2.

### 5.9 Отчет

Внутренняя память

В этом меню Report (Отчет) Вы можете получить доступ к информации о последних 20 циклах сохраненных во внутренней памяти стерилизатора, напечатать (если принтер подключен), или/и сохранить отчет на карту памяти (опция). Выберите пункт Report (Отчет) из главного меню и нажмите кнопку **M**, Вы увидите список отчетов. Выберите отчет нажав кнопку **↑↓**.





Для печати или/и сохранения на карту памяти USB информации о цикле нажмите кнопку **M**.

**Примечание:** во внутренней памяти может храниться информация только о последних 20 циклах.

**Примечание:** система хранения основана на принципе последовательной перезаписи - 1 цикл будет перезаписан 21 циклом.

Нажмите кнопку **←**, чтобы выйти.

При проверке данных отчета обращайтесь к диаграмме, приведенной ниже:



ПРОГРАММА:	УПАКОВ.
ТЕМПЕРАТУРА:	134°C
ДАВЛЕНИЕ:	206.0 kPa
ВРЕМЯ СУШКИ.:	14 min
ВРЕМЯ СТЕРИЛ.:	4.0 min

	ВРЕМЯ	ТЕМПЕР.	ДАВЛЕНИЕ
СТАРТ	16:27:06	0.59.3 °C	
T1:	16:29:30	0.73.2 °C	-74.8 kPa
T2:	16:30:39	106.1 °C	52.3 kPa
T3:	16:32:20	78.5 °C	-74.7 kPa
T4:	16:33:59	111.1 °C	54.5 kPa
T5:	16:36:03	79.7 °C	74.7 kPa
T6:	16:41:30	134.2 °C	220 kPa
TS:		134.5 °C	223.4 kPa
МАКС.ТЕМПЕРАТУРА:		135.0 °C	
МИН.ТЕМПЕРАТУРА:		134.1 °C	
МАКС. ДАВЛЕНИЕ:		226.9 kPa	
МИН. ДАВЛЕНИЕ:		219.9 kPa	
T7:	16:45:30	134.8 °C	224.4 kPa
T8:	16:47:41	100.2 °C	-40 kPa
T9:	16:49:06	95.5 °C	-40 kPa
КОНЕЦ	16:50:24		

СЧЕТЧИК : 00017  
РЕЗУЛЬТАТ: УСПЕШНО  
ДАТА : 07-06-2014  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: E00001  
ОПЕРАТОР:  
V 2B00V2.3V

## 6. Дополнительные настройки

Дополнительные настройки позволяют устанавливать следующие значения:

- **Parameter:** изменение времени стерилизации и время сушки
- **Unit:** установка единиц измерения температуры и давления
- **Preheat:** функция предварительного нагрева позволяет Вам поддерживать необходимую температуру в камере стерилизации и паровом генераторе, чтобы немедленно начать новый цикл в течение следующих 60 минут после окончания последнего цикла. По истечении 60 минут после окончания последнего цикла функция автоматически
- выключается, при запуске нового цикла предварительный нагрев займет 3 - 5 минут. Если функция отключена (OFF), то после окончания цикла стерилизации автоклав не будет поддерживать температуру, поэтому, когда Вы начинаете новый цикл, необходимо 3 – 5 минут для предварительного нагрева.

**Примечание:** чтобы поддерживать температуру в течение более длительного времени, рекомендуется после каждого цикла держать дверь закрытой.

### 6.1 Установка параметров

Включите автоклав и удерживайте кнопку **M** в течение 5 секунд для входа в меню расширенных настроек.


#### Parameter (время стерилизации и сушки)

Нажмите кнопку **M** для выбора Parameter. Нажмите кнопку **M** для входа в меню.

Выберите программу, параметры которой Вы хотите изменить при помощи кнопок **↑↓**. Нажмите кнопку **M** для выбора параметра.

Измените параметр нажимая кнопки **↑↓**. Нажмите кнопку **M** для выбора следующего параметра.

После завершения настройки параметра нажмите кнопку **M** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню. Нажмите кнопку **←** для отмены и выхода.



### 6.2 Unit (единицы измерения давления и температуры)

Выберите Unit (единицы измерения), чтобы изменить единицы измерения температуры и давления..

Нажмите кнопку **M**, чтобы войти в меню. Выберите единицу измерения нажимая кнопки **↑↓**.

Измените единицу измерения нажимая на кнопку **M**.

Pressure (давление): kPa / bar / psi

Temperature (температура): °C / °F

Нажмите кнопку **M** для сохранения и выхода.

Нажмите кнопку **←** для отмены и выхода.

ДАВЛЕНИЕ: kPa  
ТЕМПЕРАТУРА: C

### 6.3 Preheat (предварительный нагрев)

Выберите Preheat (предварительный нагрев) для включения-выключения функции.

Нажмите кнопку **M** для входа в меню.

Если Вы хотите отключить функцию предварительного нагрева, установите значение OFF кнопками **↑↓**. Нажмите кнопку **M** для сохранения.

Нажмите кнопку **←** для отмены и выхода.

ПОДОГРЕВ: Вкл

## 7. Техническое обслуживание

Чтобы гарантировать правильное функционирование и максимальную долговечность автоклава, тщательно следуйте всем рекомендациям по периодическому обслуживанию. Один из самых важных шагов, которые Вы можете сделать, чтобы предотвратить проблемы с Вашим стерилизатором, использование ТОЛЬКО дистиллированной воды.

Периодичность	Количество циклов	Регламентные работы
Ежемесячно	50	Очистка уплотнения двери
		Очистка фильтра в камере и баке для воды
		Очистка лотков и подставки лотков
		Очистка внешней поверхности
Ежеквартально	200	Замена воздушного фильтра
		Очистка бака для дистиллированной воды
Ежегодно	800	Замена уплотнителя двери




### 7.1 Очистление емкости для воды

Отключите автоклав от электрической сети.

Опорожните бак полностью, используя трубку для слива оставьте подсоединенную трубку с открытым клапаном на время обслуживания.

Протрите внутреннюю поверхность мягкой губкой и маленькой мягкой щеткой труднодоступные области с умеренным использованием мыла.

Демонтируйте фильтр и очистите его маленькой мягкой щеткой с мылом, ополосните его дистиллированной водой.



### 7.2 Замена воздушного фильтра


Воздушный фильтр находится на задней стенке стерилизатора.

Открутите фильтр вручную против часовой стрелки.

Установите новый воздушный фильтр.

Прикрутите новый фильтр вручную по часовой стрелке.

**Примечание:** не используйте стерилизатор без фильтра.




### 7.3 Очистка камеры и лотков

Удалите лотки и подставку для лотков из камеры. Вымойте лотки, подставку и камеру с умеренным количеством мыла.

Протрите лотки, подставку и камеру гладкой тканью с дистиллированной водой.

Проверьте уплотнение двери. Протрите уплотнение и прилегающие поверхности влажной тканью.

Не используйте отбеливающие реагенты или любые абразивные материалы в камере. Это может привести к повреждению камеры и/или других компонентов.



**Внимание:** чтобы предотвратить ожоги, обслуживайте стерилизатор только в холодном состоянии.

#### 7.4 Регулировка двери

В нормальных рабочих условиях регулировка дверцы не требуется. Однако, в случае повреждения уплотнения (в результате утечки пара из передней части камеры) вы можете использовать ключ для подтягивания уплотнения дверцы.




Рис. 1




Рис. 2

Откройте дверь. Вставьте ключ в зазор под пластиковой крышкой, с помощью ключа захватите регулировочную гайку (Рис. 1). Поверните гайку против часовой стрелки, как показано ниже на рисунке (Рис. 2), чтобы затянуть уплотнительную пластину.



**Внимание:** никогда не регулируйте дверь в закрытом состоянии.

#### 7.5 Замена уплотнителя двери

Откройте дверцу камеры. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо двери.

Тщательно очистите посадочное место уплотнителя двери гладкой тканью, смоченной дистиллированной водой.

Смочите новый уплотнитель медицинским дезинфицирующим средством или изопропиловым спиртом.

Вставьте новый уплотнитель согласно рисунков.




**Внимание:** убедитесь, что камера и дверь были охлаждены перед заменой уплотнителя.




#### 7.6 Сливной клапан



#### 7.7 Как открыть дверь в случае отключения электроэнергии



1. Поместите ключ между дверью и корпусом автоклава



2. Нажмите на шток ключом и одновременно потяните ручку двери

## 8. Коды ошибок

Код	Описание	Возможные решения
E1	Ошибка датчика температуры парового генератора	Выключите и начните новый цикл. Если ошибка не исчезла, свяжитесь со своим поставщиком.
E2	Ошибка датчика внутренней температуры	Выключите и начните новый цикл. Если ошибка не исчезла, свяжитесь со своим поставщиком.
E3	Ошибка датчика температуры стенки камеры	Осторожно проверьте, нагрета ли стенка камеры и свяжитесь со своим поставщиком.
E5	Давление не увеличивается	Выключите и начните новый цикл. Если ошибка не исчезла, свяжитесь со своим поставщиком.
E6	Проблема блокировки дверцы во время цикла	Убедитесь, что вы повернули ручку дверцы до конца или доверните замок двери до упора.
E9	Температура не удерживается	Проверьте наличие воды в баке. Проверьте датчик внутренней температуры. Проверьте утечки.
E10	Замок двери не работает	Электромагнит запирающей системы не работает. Выключатель запирающей системы не работает.
E11	Парогенератор не поддерживает температуру	Проверьте кабель и соединение нагревателя парогенератора. Проверьте тепловой предохранитель парогенератора.
E12	Нагреватель камеры не поддерживает температуру	Проверьте соединение и кабель подогревателя камеры. Проверьте тепловой предохранитель.
E13	Не образуется вакуум	Отрегулируйте дверь п. 7.4. Замените уплотнитель п. 7.5. Выключите и начните новый цикл. Если ошибка не исчезла, свяжитесь со своим поставщиком.
E20	Программа прервана вручную	Отключите питание, затем включите снова.
E21	Этап стерилизации не достигнут	Проверьте автоклав на утечки. Отрегулируйте дверь п. 7.4. Замените уплотнитель п. 7.5. Если ошибка не исчезла, свяжитесь со своим поставщиком.
E22	Вакуумный тест закончен неудачей	Имеется утечка. Проверьте дверной уплотнитель. Свяжитесь со своим поставщиком, если ошибка сохраняется.
E23	Результат вакуумного теста недействителен - Void	Температура камеры высока. Попробуйте еще раз после того, как камера остынет.
E24	Давление повышается слишком долго	Имеется утечки, слишком много инструментов в камере. Свяжитесь со своим поставщиком, если ошибка сохраняется.
E27	Вакуумный тест не проходит	Выключите автоклав. Затем включите, когда камера будет холодной, повторите тест.
E28	Избыточное давление	Выключите питание и обратитесь к поставщику, если ошибка повторится.

### Дополнительная информация:

1. Выход пара из отверстия на задней стенке автоклава не является неисправностью, в случае появления пара рекомендуется слить воду из бака для отработанной воды!
2. После окончания цикла внутри камеры остается много воды. Внутренний фильтр на дне камеры забит или клапан спуска воды заблокирован или не работает. Очистите фильтр или замените его, замените клапан спуска воды.
3. Вы можете отменить сигнал тревоги, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 3 сек., устраните проблему. Затем выключите и снова включите автоклав.

## 9. Условия транспортировки и хранения

Отключите стерилизатор от электросети перед транспортировкой или хранением. Дайте автоклаву остыть. Слейте воду из бака для дистиллированной воды и бака для отработанной воды.

### Условия для транспортировки и хранения

**Температура:** -20 °С ~ +55 °С.

**Относительная влажность:** ≤ 85%

**Атмосферное давление:** 50 кПа ~ 106 кПа.

Для утилизации нет специальных требований. Утилизируйте согласно действующим правилам законодательства.

## 10. Защитные устройства

1. Автоматический предохранитель: Защита оборудования от возможных неисправностей электронагревателя.

**Действие:** Прерывание подачи электропитания.

2. Термовыключатели на обмотках основного трансформатора: Защита от возможного короткого замыкания и перегрева основной обмотки главного трансформатора.

**Действие:** Временное прерывание обмотки.

3. Предохранительный клапан: Защита от возможного избыточного давления в стерилизационной камере.

**Действие:** Выпуск пара и восстановление безопасного давления.

4. Предохранительный микропереключатель состояния дверцы: контроль правильного закрытого положения двери.

**Действие:** сигнал неправильного положения двери.

5. Термостат с ручной регулировкой на терморезисторах камеры: Защита от возможного перегрева терморезисторов камеры.

**Действие:** Прерывание электропитания резисторов камеры.

6. Термостат с ручной регулировкой на терморезисторах парового генератора: Защита от возможного перегрева терморезисторов парового генератора.

**Действие:** Прерывание электропитания резисторов парового генератора.

7. Устройство блокировки двери: Защита от случайного открывания двери.

**Действие:** Препятствует случайному открыванию двери во время выполнения программы.

8. Гидравлическая система: Гидравлическая система для автоматического выравнивания давления в случае ручного отключения цикла; сигнализации или отключения питания.

**Действие:** Автоматическое восстановление атмосферного давления внутри камеры.

## 11. Гарантия, срок службы

Средний срок службы автоклавов серии STE не менее 5 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи конечному клиенту, кроме частей подверженных естественному износу (уплотнительные кольца, предохранители и т.п. Гарантия не распространяется на продукцию или ее части, которые использовались не по назначению, с небрежностью, с не надлежащим электропитанием, подвергшиеся модификации, установленные с нарушением инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

По вопросам рекламаций обращайтесь к официальному представителю: АО «ЭУР-МЕД Денталдепо», 143360, Московская область, г. Апрелевка, ул. Октябрьская, д. 9, телефон (496) 345-00-46, (495) 983-10-72, e-mail: info@eurmed.ru

## Свойства воды / Характеристика

Описание	Вода для стерилизации	Конденсат
Остаток испарения	≤ 10 мг/л	≤ 1.0 мг/кг
Оксид кремния SiO <sub>2</sub>	≤ 1 мг/л	≤ 1.0 мг/кг
Железо	≤ 0.2 мг/л	≤ 0.1 мг/кг
Кадмий	≤ 0.005 мг/л	≤ 0.05 мг/кг
Свинец	≤ 0.05 мг/л	≤ 0.1 мг/кг
Тяжелые металлы	≤ 0.1 мг/л	≤ 0.1 мг/кг
Хлориды	≤ 2 мг/л	≤ 0.1 мг/кг
Фосфаты	≤ 0.5 мг/л	≤ 0.1 мг/кг
Проводимость	≤ 15 мСм/см	3 ≤ мСм/см
Значение pH	5-7.5	5-7
Внешний вид	Бесцветная, прозрачная	Бесцветная, прозрачная
Жесткость	0,02 ммоль/л	0,02 ммоль/л

Диаграммы программ стерилизации STE-8

Программы	Температура °С	Давление кПа	Время стерилизации (мин)	Общее время (мин)	Тип материалов	Максимальная загрузка (кг)	Максимальная загрузка на лоток (кг)
Solid цельные	134°C	210	4	11-20	Неупакованные цельные материалы	2.00	0.60
	121°C	110	20	25-35			
Wrapped упакованные	134°C	210	4	22-40	Неупакованные цельные материалы Цельные или полые в одинарной упаковке	1.50	0.50
	121°C	110	20	38-50			
Liquid жидкость опция	121°C	110	30	38-50	Жидкость	0.60	0.20
Textile текстиль	134°C	210	8	25-45	Неупакованные пористые	0.50	0.15
					Пористые в одинарной упаковке	0.35	0.10
					Пористые в двойной упаковке	0.25	0.10
	121°C	110	30	50-60	Полые в одинарной упаковке.	1.50	0.30
					Цельные и полые в двойной упаковке.	1.00	0.30
Prion пористые	134°C	210	18	35-55	Неупакованные пористые	0.50	0.15
					Пористые в одинарной упаковке	0.35	0.10
					Пористые в двойной упаковке	0.25	0.10
					Полые в одинарной упаковке.	1.50	0.50
					Цельные и полые в двойной упаковке.	1.00	0.30
V&D тест	134°C	210	3.5	10-20	-	-	-
Helix тест	134°C	210	3.5	10-20	-	-	-
Тест на герметичность	-	-	-	17-20	-	-	-

Время, необходимое для подготовки стерилизатора к обычному использованию после включения питания, менее 5 минут.

Максимальная температура цикла стерилизации 134°C составляет 137 °С

Максимальная температура цикла стерилизации 121°C составляет 124 °С

Диаграммы программ стерилизации STE-18

Программы	Температура °C	Давление кПа	Время стерилизации (мин)	Общее время (мин)	Тип материалов	Максимальная загрузка (кг)	Максимальная загрузка на лоток (кг)
Solid цельные	134°C	210	4	14-30	Неупакованные цельные материалы	4.50	1.20
	121°C	110	20	30-40			
Wrapped упакованные	134°C	210	4	25-45	Неупакованные цельные материалы Цельные или полые в одинарной упаковке	4.50	1.20
	121°C	110	20	45-60		3.50	1.10
Liquid жидкость опция	121°C	110	30	43-55	Жидкость	1.00	0.30
Textile текстиль	134°C	210	8	31-50	Неупакованные пористые	1.00	0.30
					Пористые в одинарной упаковке	0.80	0.25
					Пористые в двойной упаковке	0.60	0.20
	121°C	110	30	53-70	Полые в одинарной упаковке.	3.50	1.00
					Цельные и полые в двойной упаковке.	1.50	0.50
Prion пористые	134°C	210	18	40-60	Неупакованные пористые	1.00	0.30
					Пористые в одинарной упаковке	0.75	0.25
					Пористые в двойной упаковке	0.60	0.20
					Полые в одинарной упаковке.	3.50	1.00
					Цельные и полые в двойной упаковке.	1.50	0.50
V&D тест	134°C	210	3.5	13-25	-	-	-
Helix тест	134°C	210	3.5	13-25	-	-	-
Тест на герметичность	-	-	-	19-22	-	-	-

Время, необходимое для подготовки стерилизатора к обычному использованию после включения питания, менее 5 минут.

Максимальная температура цикла стерилизации 134°C составляет 137 °C

Максимальная температура цикла стерилизации 121°C составляет 124 °C

Диаграммы программ стерилизации STE-23

Программы	Температура °С	Давление кПа	Время стерилизации (мин)	Общее время (мин)	Тип материалов	Максимальная загрузка (кг)	Максимальная загрузка на лоток (кг)
Solid цельные	134°C	210	4	15-35	Неупакованные цельные материалы	5.00	1.50
	121°C	110	20	31-40			
Wrapped упакованные	134°C	210	4	30-50	Неупакованные цельные материалы Цельные или полые в одинарной упаковке	5.00	1.50
	121°C	110	20	48-60		4.00	1.20
Liquid жидкость опция	121°C	110	30	45-60	Жидкость	1.20	0.40
Textile текстиль	134°C	210	8	36-55	Неупакованные пористые	1.25	0.40
					Пористые в одинарной упаковке	1.00	0.30
					Пористые в двойной упаковке	0.75	0.25
	121°C	110	30	55-70	Полые в одинарной упаковке.	4.00	1.25
					Цельные и полые в двойной упаковке.	2.00	0.60
Prion, пористые	134°C	210	18	46-65	Неупакованные пористые	1.25	0.40
					Пористые в одинарной упаковке	1.10	0.30
					Пористые в двойной упаковке	0.75	0.25
					Полые в одинарной упаковке.	4.00	1.25
					Цельные и полые в двойной упаковке.	2.00	0.60
V&D тест	134°C	210	3.5	16-30	-	-	-
Helix тест	134°C	210	3.5	16-30	-	-	-
Тест на герметичность	-	-	-	20-25	-	-	-

Время, необходимое для подготовки стерилизатора к обычному использованию после включения питания, менее 5 минут.

Максимальная температура цикла стерилизации 134°C составляет 137 °С

Максимальная температура цикла стерилизации 121°C составляет 124 °С

## Графики программ стерилизации

